Rappel de lots du 28/06/2013 : réservoirs à insuline Paradigm

Medtronic rappelle également les bonnes pratiques pour un remplissage de ces réservoirs en toute sécurité. Les réservoirs concernés par ce rappel présentent un risque plus important de fuite.

Ce qu'il convient de faire :

- Vérifiez les numéros de lot de tous les réservoirs MMT-326A et MMT-332A en votre possession (vous trouverez la liste sur le site de l'ANSM),
- Si vous possédez uniquement des réservoirs dont le numéro de lot appartient à la liste, n’utilisez pas ces réservoirs.
- Si vous possédez des réservoirs dont le numéro de lot n’appartient pas à la liste, alors vous pouvez utiliser ces réservoirs, ceux-ci n’étant pas concernés par ce rappel.
- Tout réservoir non utilisé concerné par ce rappel doit être remis à votre prestataire de service.

En cas de doute, contactez votre prestataire de service.

Pour en savoir plus :
Consultez le site de l'ANSM