

# Les problèmes techniques avec l'application FreeStyle LibreLink sont résolus

Nous vous avons fait part d'une information concernant le dysfonctionnement de l'application Freestyle LibreLink dans notre billet d'humeur "[Application en panne, industriel muet, patients révoltés. Billet d'humeur](#)". Le fabricant a informé l'ANSM que le problème était résolu.

Selon l'information produit transmise par Abbott à l'ANSM, le problème était dû à une maintenance de l'application LibreView (LibreView est un système cloud de gestion du diabète. Un compte LibreView est requis pour les applications FreeStyle LibreLink et LibreLinkUp).

L'ANSM a publié une information de sécurité sur son site à ce sujet avec des recommandations pour les patients sur ce qu'il convient de faire en cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité de l'application.

[Appareils de mesure du glucose en continu- Lecteur- Application mobile FreeStyle LibreLink - Abbott Diabetes Care, Inc. - Information de sécurité](#)